

Oferta 1:

Wykonawca: Medinco Polska Sp. z o.o. Sp .k., 02-972 Warszawa, ul. Sarmacka 5/31

Ultrasonograf trzema głowicami - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie

Lp	Parametry, za które można było uzyskać punkty	Informacja dotycząca parametrów punktowanych	Parametry oferowane
1	Monitor LCD wysokiej rozdzielczości (minimum 1200x1000 pixeli) o przekątnej minimum 17"	15" – 0 pkt; 17"-5 pkt; 19" i więcej - 10 pkt	19"
5	Ilość niezależnych kanałów przetwarzania ≥ 180000	180000 – 0 pkt >180000 – 3 pkt	193536
7	Głębokość obrazowania ≥ 30 cm,	Wymagany 0 pkt; powyżej 30 cm – 5 pkt	do 33 cm
8	Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu B-mode ≥ 650	650 – 0 pkt >650 – 5 pkt	do 710 fr/s
9	Ilość jednocześnie włączonych ognisk nadawanej wiązki ≥ 7	7- 0 pkt; powyżej 7 ognisk - 5 pkt	do 8 ognisk
11	Dynamika systemu min. 170 dB	170-180 dB -0 pkt; powyżej 180 – 5 pkt	224 dB
13	Powiększanie obrazów ruchomych (zoom) $\geq 7x$	min. 7x – 0 pkt; powyżej 7 x – 5 pkt	8x
14	Powiększanie obrazów zatrzymanych (zoom) $\geq 7x$	min. 7x – 0 pkt; powyżej 7 x – 5 pkt	8x
15	Ilość niezależnych, równoważnych, jednakowych, przełączanych z klawiatury gniazd do podłączenia głowic obrazowych lub przełączanych z panelu dotykowego min. 3	min. 3 – 0 pkt; powyżej 3 – 5 pkt	3 niezależne, równoważne, jednakowe, przełączane z klawiatury gniazda do podłączenia głowic obrazowych
16	Waga aparatu ≤ 60 kg	60 kg- 0 pkt, < 60 kg-5 pkt	58 kg
B.	ARCHIWIZACJA		
17	Pojemność pamięci CINE dla obrazów B (2D) ≥ 2000	2000 obrazów – 0 pkt; >2000 obrazów – 5 pkt	5200 obrazów 2D
C.	TRYBY OBRAZOWANIA		
27	Obrazowanie wielokierunkowe (compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np SonoCT) – min. 7 różnych kątów	min. 7 kątów- 0 pkt; powyżej 7 kątów- 5 pkt	7 kątów
31	Mierzona prędkością przepływu przy zerowym kącie minimum 9m/s	min. 9 m/s – 0 pkt; powyżej 9 m/s 3 pkt	10,4 m/s

32	Mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie w trybie triplex minimum 9 m/s	min. 9 m/s – 0 pkt; powyżej 9 m/s 3 pkt	10,4 m/s
D.	GŁOWICE		
44	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego (minimum 2 różne częstotliwości)	Minimum 2 różne częstotliwości – 0 pkt; powyżej 2 różnych częstotliwości – 5 pkt	Tak, głowica typ 4C-RS, zakres 2,0-5,0 MHz
45	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego - minimum 2 różne częstotliwości	Minimum 2 różne częstotliwości – 0 pkt; powyżej 2 różnych częstotliwości – 5 pkt	3 częstotliwości

Informacje dotyczące oferowanego urządzenia	
Cena brutto usg	99.000 zł
Oferowany okres gwarancji i rękojmi	36 miesięcy

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	90.000zł brutto
---	-----------------

UWAGA: Zamawiający uprzejmie przypomina, że zgodnie z Rozdziałem VII pkt 4. siwz oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia na stronie internetowej razem z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp.