



Ldz.....6...../2018.

Jawor , dnia 10-01-2018 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1579) pod nazwą „Dostawa ultrasonografu dla Przychodni Rejonowej w Jaworze”

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf posiadający 3 niezależne równoważne, przełączane z panelu dotykowego gniazda do podłączenia głowic obrazowych?

Odpowiedź na Pytanie 1: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie informujemy, że w związku z dopuszczeniem propozycji Wykonawcy, że uległ zmianie opis w kolumnie „B” w punkcie 15”.

Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf cechujący się zakresem regulacji korekcji kąta minimum: 0-80°?

Odpowiedź na Pytanie 2: Zamawiający propozycję Wykonawcy. Jednocześnie informujemy, że w związku z dopuszczeniem propozycji Wykonawcy, że uległ zmianie opis w kolumnie „B” w punkcie 33”.

Pytanie 3 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf mierzący prędkość przepływu przy zerowym kącie w trybie triplex 4,5 m/s?

Odpowiedź na Pytanie 3: Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 4 Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf posiadający możliwość rozbudowy o głowicę sektorową elektroniczną o kącie obrazowania min. 90° oraz bez obrazowania w technice 2 harmonicznej?

Odpowiedź na Pytanie 4: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Informujemy, że wprowadzone zmiany będące rezultatem pozytywnie udzielonych odpowiedzi:

- 1) są wiążące dla Wykonawców,
- 2) zostały wprowadzone czcionką koloru czerwonego w załączniku nr 2A do siwz.

Z poważaniem,

Przychodnia Rejonowa w Jaworze
Kierownik

Joanna Strączek