



L/dz...³⁹...../18

Jawor, dnia 25-01-2018 r.

**INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W POSTĘPOWNIU O
UDZIELENIE ZAMÓWINIĄ PUBLICZNEGO
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Dostawa ultrasonografu dla Przychodni Rejonowej w Jaworze”**

Przychodnia Rejonowa w Jaworze, 59-400 Jawor, ul. Piłsudskiego 10 zawiadamia, iż w dniu 23-01-2018 r. dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej w ww. postępowaniu.

Zgodnie z kryterium określonym w siwz dla przedmiotu zamówienia, tj.:

- a) Cena - 60 %,
- b) Parametry użytkowo-techniczne- 25 %,
- c) Okres gwarancji i rękojmi- 15%

wybrano ofertę niżej wymienionego Wykonawcy. Jest to jedyna oferta złożona w postępowaniu. Oferta spełnia wymogi określone w siwz oraz uzyskała najwyższą punktację:

Medinco Polska Sp. z o.o. Sp .k.,02-972 Warszawa, ul. Sarmacka 5/31, cena 99.000 zł brutto, oferowany okres gwarancji rękojmi 36 miesięcy.

Informacja o przyznanych punktach w zakresie poszczególnych kryteriów:

Cena – 60 pkt;

Punkty za parametry użytkowo- techniczne- 25 pkt;

Okres gwarancji i rękojmi – 15 pkt.

Łączna liczba przyznanych punktów: 100.

Zestawienie dotyczące przyznanych punktów cząstkowych za parametry użytkowo techniczne:

1	Monitor LCD wysokiej rozdzielczości (minimum 1200x1000 pixeli) o przekątnej minimum 17"	15" – 0 pkt; 17"-5 pkt; 19" i więcej - 10 pkt	19"	10 pkt
5	Ilość niezależnych kanałów przetwarzania ≥ 180000	180000 – 0 pkt >180000 – 3 pkt	193536	3 pkt
7	Głębokość obrazowania ≥ 30 cm,	Wymagany 0 pkt; powyżej 30 cm – 5 pkt	do 33 cm	5 pkt
8	Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu B-mode ≥ 650	650 – 0 pkt >650 – 5 pkt	do 710 fr/s	5 pkt
9	Ilość jednocześnie włączonych ognisk nadawanej wiązki ≥ 7	7- 0 pkt; powyżej 7 ognisk - 5 pkt	do 8 ognisk	5 pkt
11	Dynamika systemu min. 170 dB	170-180 dB -0 pkt; powyżej 180 – 5 pkt	224 dB	5 pkt
13	Powiększanie obrazów ruchomych (zoom) ≥ 7x	min. 7x – 0 pkt; powyżej 7 x – 5 pkt	8x	5 pkt
14	Powiększanie obrazów zatrzymanych (zoom) ≥ 7x	min. 7x – 0 pkt; powyżej 7 x – 5 pkt	8x	5 pkt
15	Ilość niezależnych, równoważnych, jednakowych, przełączanych z klawiatury gniazda do podłączenia głowic obrazowych lub przełączanych z panelu dotykowego min. 3	min. 3 – 0 pkt; powyżej 3 – 5 pkt	3 niezależne, równoważne, jednakowe, przełączane z klawiatury gniazda do podłączenia głowic obrazowych	0 pkt
16	Waga aparatu ≤ 60 kg	60 kg- 0 pkt, < 60 kg-5 pkt	58 kg	5 pkt



B.		ARCHIWIZACJA		
17	Pojemność pamięci CINE dla obrazów B (2D) ≥ 2000	2000 obrazów – 0 pkt; >2000 obrazów – 5 pkt	5200 obrazów 2D	5 pkt
C.		TRYBY OBRAZOWANIA		
27	Obrazowanie wielokierunkowe (compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np SonoCT) – min. 7 różnych kątów	min. 7 kątów- 0 pkt; powyżej 7 kątów- 5 pkt	7 kątów	0 pkt
31	Mierzona prędkością przepływu przy zerowym kącie minimum 9m/s	min. 9 m/s – 0 pkt; powyżej 9 m/s 3 pkt	10,4 m/s	3 pkt
32	Mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie w trybie triplex minimum 9 m/s	min. 9 m/s – 0 pkt; powyżej 9 m/s 3 pkt	10,4 m/s	3 pkt
D.		GŁOWICE		
44	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego (minimum 2 różne częstotliwości)	Minimum 2 różne częstotliwości – 0 pkt; powyżej 2 różnych częstotliwości – 5 pkt	3 częstotliwości	5 pkt
45	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego - minimum 2 różne częstotliwości	Minimum 2 różne częstotliwości – 0 pkt; powyżej 2 różnych częstotliwości – 5 pkt	3 częstotliwości	5 pkt
			łącznie	69 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

- 1) zawarcie umowy nastąpi w dniu 30-01-2018 r. w siedzibie Zamawiającego.
- 2) nie wykluczył Wykonawców,
- 3) nie odrzucił ofert Wykonawców,
- 4) nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów,
- 5) nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Niniejszą informację o wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający przekazuje Wykonawcy za pośrednictwem drogi elektronicznej, udostępni na stronie internetowej www.przychodnia-jawor.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Z poważaniem,

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Joanna Strączek
Joanna Strączek