



Ldz... 159 .../2018

Jawor , dnia 26-04-2018 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego - zapytania ofertowego w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Dostawę sprzętu mającego stanowić wyposażenie poradni okulistycznej i ginekologicznej Przychodni Rejonowej w Jaworze”

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), wyjaśniam, co następuje:

Pytania dotyczące Pakietu 3

Pytanie 1 - Poz. 2 Czy zamawiający dopuści aparat bez pochylanego monitora, ale z możliwością podnoszenia całego aparatu do około 50 st?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie 2 - Poz. 8 Czy zamawiający dopuści aparat o zakresie pomiarowym FHR 50 – 210 BPM – przedział ten jest wystarczający do przeprowadzenia badania.


Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapis w pkt 8, zastępując dotychczasowy opis parametru nowym, o następującym brzmieniu: „Zakres pomiarowy: minimum: FHR 50 – 210 BPM”

Pytanie 3 - Poz. 16 Czy zamawiający dopuści aparat drukujący informacje: Imię i nazwisko pacjentki, Godzina, minuta, sekunda, data, Prędkość wydruku – bez wieku ciąży?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy, usuwając z poz. 16 treść „wiek ciąży” jednocześnie tworząc dodatkowy, punktowany parametr poprzez dodanie pkt. „16a. Wydruk badania dodatkowo zawiera: Wiek ciąży”.

Informujemy, że wprowadzone zmiany będące rezultatem ww. udzielonych odpowiedzi:

- 1) są wiążące dla Wykonawców;
- 2) ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert, który zostaje ustalony na **08-05-2018 r.** (godziny i miejsca bez zmian);
- 2) zmiany, o których mowa powyżej zostały wprowadzone czcionką koloru czerwonego (w dokumencie - w zapytaniu ofertowym oraz w załączniku 1A do zapytania ofertowego)

Z poważaniem,
Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze

Joanna Strączek