



Ldz.....174...../2018.

Jawor , dnia 18-05-2018 r.

Do zainteresowanych

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego –zapytania ofertowego - zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. „Dostawa sprzętu mającego stanowić wyposażenie poradni okulistycznej, ginekologicznej oraz innego wyposażenia Przychodni Rejonowej w Jaworze”

Przychodnia Rejonowa w Jaworze, informuje, iż w dniu 18 maja 2018 r, dokonała wyboru ofert najkorzystniejszych. Zgodnie z kryterium określonym dla

Pakietu 1:

- a) Cena 65%,
- b) Parametry użytkowo-techniczne -20 %,
- c) Okres gwarancji i rękojmi -15%,

Pakietu 2

- a) Cena 75%,
- b) Parametry użytkowo-techniczne -10 %,
- c) Okres gwarancji i rękojmi -15%,

Pakietu 3

- a) Cena 75%,
- b) Parametry użytkowo-techniczne -10 %,
- c) Okres gwarancji i rękojmi -15%;

wybrano oferty nn Wykonawców; oferty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz uzyskały najwyższe punktacje:

Pakiet 1 - Oferta nr 4 **Poland Optical Sp. z o.o.**, ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn – cena brutto: 25.300 zł, okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy

Pakiet 2 - Oferta nr 3 - **Oculus Sp. z o.o.**, ul. Potocka 4/1, 01-652 Warszawa – cena brutto 32.994,00 zł, okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące

Pakiet 3 - Oferta nr 7 - **Walmed Sp. z o.o.**, ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie – cena brutto: 9.612,00 zł okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Streszczenie punktów przyznanych ofertom:

Numer oferty	Numer Pakietu	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Przyznane punkty w kryterium ceny	Przyznane punkty w kryterium okres gwarancji i rękojmi	Przyznane punkty w kryterium parametry użytkowo-techniczne	Łączna ilość przyznanych punktów	
4	Pakiet 1	Poland Optical Sp. z o.o., ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn	65	20	15	100	
1	Pakiet 1	Medical Partner Sp. z o.o. Sp. k. ul. Szczepankowa 158 b 61-313 Poznań	Oferta odrzucona				
3	Pakiet 2	"Oculus" Sp. z o.o., ul. Potocka 4/12, 01-652 Warszawa	75	15	10	100	
1	Pakiet 2	Medical Partner Sp. z o.o. Sp. k. ul. Szczepankowa 158 b 61-313 Poznań	65,86	15	0	80,86	
7	Pakiet 3	Walmed Sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie	70,05	15	10	95,05	
5	Pakiet 3	Centrum Zaopatrzenia Medycznego "Cezal" - Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław	75,00	10	5,81	90,81	
6	Pakiet 3	EUROMED Medical Solution Sp z o.o. Sp. k., ul. Szczęsna 2, 60-587 Poznań	70,44	10	8,84	89,28	
2	Pakiet 3	Medicom Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze	26,93	10	5,81	42,74	

Punkty cząstkowe w kryterium parametry użytkowo – techniczne zostały przyznane jak niżej:

Pakiet 1

Oferta nr 4 Poland Optical Sp. z o.o., ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn					
Pakiet 2-TONOMETR BEZDOTYKOWY - Dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia					
lp	Opis parametrów		Informacja o parametrach punktowych lub wymaganych - dotyczących lub parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia	Przyznane punkty cząstkowe
A	B		C	D	
1	Zakres pomiaru	1 - 60 mmHg	wymagany zakres pomiaru - 0 pkt; zakres większy - 5 pkt	Tak, 1-60 mmHg	0
3	Funkcja bezpieczeństwa	Głośny sygnał dźwiękowy ostrzegający, gdy urządzenie znajdzie się zbyt blisko rogówki	Tak - 10 pkt., brak funkcji - 0 pkt.	Tak	10
7	Kontrola wartości pomiarowych	Automatyczne wykrywanie najlepszej wartości i automatyczne dopełnianie badania	Tak -25 pkt; Nie - 0 pkt	NIE	0
8	Wyświetlacz	LCD (kolorowy lub czarno-biały)	Kolorowy - 5 pkt, Czarno - biały - 0 pkt.	Tak, kolorowy	5
12	Zużycie mocy	Maksymalnie 100 VA	zużycie mocy 100 VA - 0 pkt., mniejsze niż 100VA - 5 pkt.	100 VA	0
13	Waga	Maksym.: 21 kg	21 kg -0 pkt, poniżej 21 kg- 5 pkt	19 kg	5
16	Dodatkowe wyposażenie - opcjonalne	przewód interfejsu/czytnik kodów kreskowych/ czytnik kart magnetycznych	zaoferowanie przewodu interfejsu - 25 pkt; zaoferowanie czytnika kodów kreskowych -25 pkt; zaoferowanie czytnika kart magnetycznych - 25 pkt	NIE	0

Łącznie 20 pkt. cząstkowych

Pakiet 2

Oferta nr 3 - Oculus Sp. z o.o., ul. Potocka 4/1, 01-652 Warszawa				
Pakiet 4 -PERYMETR - Dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia				
lp	Opis parametrów	Informacja o parametrach punktowanych	Opis parametrów punktowanych oferowanego przedmiotu zamówienia	Przyznane punkty Punkty częściowe
9	Luminancja bodźca: od 0,05 asb do 1000 asb lub 0,1 -318 cd/m ²	Wymagana luminancja - 0 pkt.;większa luminancja -5 pkt	Tak. 0,1-318 cd/m ²	0
12	Oprogramowanie komputerowe posiadające Interface DICOM.	Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt	Tak. Wyposażenie opcjonalne	10
m	Możliwość projektowania własnych pól	Tak - 5 pkt; Nie - 0 pkt	Tak	5

Łącznie 15 punktów częściowych

Oferta nr 1 Medical Partner Sp. Z o.o., ul. Szczepankowo 158 B, 61-313 Poznań				
Pakiet 4 -PERYMETR - Dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia				
lp	Opis parametrów	Informacja o parametrach punktowanych	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście opisu w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)	Przyznane punkty Punkty częściowe
9	Luminancja bodźca: od 0,05 asb do 1000 asb lub 0,1 -318 cd/m ²	Wymagana luminancja - 0 pkt.;większa luminancja -5 pkt	Luminancja bodźca: od 0,05 asb do 1000 asb	0 - po ocenie
12	Oprogramowanie komputerowe posiadające Interface DICOM.	Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt	Oprogramowanie komputerowe posiadające Interface DICOM.	0 - brak potwierdzenia w złożonym dokumencie przedmiotowym
m	Możliwość projektowania własnych pól	Tak - 5 pkt; Nie - 0 pkt	Możliwość projektowania własnych pól	0 - brak potwierdzenia w złożonym dokumencie przedmiotowym

Łącznie 0 punktów częściowych

Pakiet 3

Oferta nr 7 - Walmed Sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie				
Pakiet 9 - KARDITOKOGRAF - Dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia				
lp	Opis parametrów wymaganych	Informacja o parametrach punktowanych	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia	Przyznane punkty częściowe
A	B	C	D	
4	Automatyczna analiza zapisu KTG	Tak-10 pkt; Nie - 0 pkt	Tak, Automatyczna analiza zapisu KTG	10
11	Możliwość ręcznego znacznika ruchów płodu przez matkę	Tak-10 pkt; Nie - 0 pkt	Tak, Możliwość ręcznego znacznika ruchów płodu przez matkę	10
13	Ostrzeżenie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków)	Tak-10 pkt; Nie - 0 pkt	Tak, Ostrzeżenie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków)	10
16	Wydruk badania dodatkowo zawiera: Imię i nazwisko pacjentki Godzina, minuta, sekunda, data Prędkość wydruku	Tak-10 pkt; Nie - 0 pkt	Tak, Wydruk badania dodatkowo zawiera: Imię i nazwisko pacjentki Godzina, minuta, sekunda, data Prędkość wydruku	10



16a	Wydruk badania dodatkowo zawiera: Wiek ciążowy	Tak - 3 pkt, Nie -0 pkt	Tak, Wydruk badania dodatkowo zawiera: Wiek ciążowy	3
21	Waga maks. 5,5 kg	Waga 5,5 kg - 0 pkt; Waga mniejsza - 5 pkt	Waga, 5,5 kg	0

Łącznie 43 punkty cząstkowe

Oferta nr 5 - Centrum Zaopatrzenia Medycznego "Cezal" - Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław				
Pakiet 9 – KARDITOKOGRAF - Dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia				
lp	Opis parametrów wymaganych	Informacja o parametrach punktowanych	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście opisu w kolumnie B	Przyznane punkty Punkty cząstkowe
A	B	C	D	
4	Automatyczna analiza zapisu KTG	Tak-10 pkt; Nie – 0 pkt	Tak, Automatyczna analiza zapisu KTG	10
11	Możliwość ręcznego znacznika ruchów płodu przez matkę	Tak-10 pkt; Nie – 0 pkt	Tak, Możliwość ręcznego znacznika ruchów płodu przez matkę	10
13	Ostrzeżenie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków)	Tak-10 pkt; Nie – 0 pkt	nie	0
16	Wydruk badania dodatkowo zawiera: Imię i nazwisko pacjentki Godzina, minuta, sekunda, data Prędkość wydruku	Tak-10 pkt; Nie – 0 pkt	Tak, Wydruk badania dodatkowo zawiera: Imię i nazwisko pacjentki Godzina, minuta, sekunda, data Prędkość wydruku	0 - brak potwierdzenia w złożonym dokumencie przedmiotowym
16a	Wydruk badania dodatkowo zawiera: Wiek ciążowy	Tak - 3 pkt, Nie -0 pkt	nie	0
21	Waga maks. 5,5 kg	Waga 5,5 kg - 0 pkt; Waga mniejsza - 5 pkt	tak, ok.3 kg	5

Łącznie 25 punktów cząstkowych

Oferta nr 6- EUROMED Medical Solution Sp z o.o. Sp. k., ul. Szczęsna 2, 60-587 Poznań				
Pakiet 9 – KARDITOKOGRAF - Dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia				
lp	Opis parametrów wymaganych	Informacja o parametrach punktowanych	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście opisu w kolumnie B	Przyznane punkty Punkty cząstkowe
A	B	C	D	
4	Automatyczna analiza zapisu KTG	Tak-10 pkt; Nie – 0 pkt	Nie	0
11	Możliwość ręcznego znacznika ruchów płodu przez matkę	Tak-10 pkt; Nie – 0 pkt	Tak, Możliwość ręcznego znacznika ruchów płodu przez matkę	10
13	Ostrzeżenie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków)	Tak-10 pkt; Nie – 0 pkt	Tak, Ostrzeżenie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków)	10
16	Wydruk badania dodatkowo zawiera: Imię i nazwisko pacjentki Godzina, minuta, sekunda, data Prędkość wydruku	Tak-10 pkt; Nie – 0 pkt	Tak, Wydruk badania dodatkowo zawiera: Imię i nazwisko pacjentki Godzina, minuta, sekunda, data Prędkość wydruku	10
16a	Wydruk badania dodatkowo zawiera: Wiek ciążowy	Tak - 3 pkt, Nie -0 pkt	Tak, Wydruk badania dodatkowo zawiera: Wiek ciążowy	3
21	Waga maks. 5,5 kg	Waga 5,5 kg - 0 pkt; Waga mniejsza - 5 pkt	Waga ok.. 3,5 kg	5

Łącznie 38 punktów cząstkowych



Oferta nr 2 - Medicom Sp. z o.o., ul. M.Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze				
Pakiet 9 – KARDITOKOGRAM - Dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia				
lp	Opis parametrów wymaganych	Informacja o parametrach punktowanych	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście opisu w kolumnie B	
A	B	C	D	
4	Automatyczna analiza zapisu KTG	Tak-10 pkt; Nie – 0 pkt	Tak, Automatyczna analiza zapisu KTG	Przyznane punkty Punkty cząstkowe 10
11	Możliwość ręcznego znacznika ruchów płodu przez matkę	Tak-10 pkt; Nie – 0 pkt	Tak, Możliwość ręcznego znacznika ruchów płodu przez matkę	0 - brak potwierdzenia w złożonym dokumencie przedmiotowym
13	Ostrzeżenie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków)	Tak-10 pkt; Nie – 0 pkt	Tak, Ostrzeżenie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków)	10
16	Wydruk badania dodatkowo zawiera: Imię i nazwisko pacjentki Godzina, minuta, sekunda, data Prędkość wydruku	Tak-10 pkt; Nie – 0 pkt	Tak, Wydruk badania dodatkowo zawiera: Imię i nazwisko pacjentki Godzina, minuta, sekunda, data Prędkość wydruku	0 - brak potwierdzenia w złożonym dokumencie przedmiotowym
16a	Wydruk badania dodatkowo zawiera: Wiek ciążowy	Tak - 3 pkt, Nie -0 pkt	Tak, Wydruk badania dodatkowo zawiera: Wiek ciążowy	0 - brak potwierdzenia w złożonym dokumencie przedmiotowym
21	Waga maks. 5,5 kg	Waga 5,5 kg - 0 pkt; Waga mniejsza - 5 pkt	Waga ok. 5,1 kg	5

Lącznie 25 punktów cząstkowych

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: uPzp) – jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego zostaje odrzucona Oferta 1 (w zakresie Pakietu 1) - Medical Partner Sp. z o.o., ul. Szczepankowo 158 B, 61-313 Poznań – w punkcie 12 załącznika 1A 1 Zamawiający wymagał, aby urządzenie maksymalnie zużywało maksymalnie 100 VA - natomiast Wykonawca złożył ofertę ze zużyciem mocy 253 do 437 – co jest niezgodne z treścią opisu przedmiotu zamówienia; w trakcie postępowania – do Zamawiającego wpłynęła prośba o modyfikację siww, w przedmiotowym zakresie jednak Zamawiający nie wyraził zgody na zaoferowanie urządzenia z takim zużyciem mocy.

Nadto, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) –Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu 4 - z uwagi na brak ofert.

Zamawiający przewiduje zawarcie umów w dniu 24-05-2018 r.

Dziękujemy Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu.

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Joanna Strączek
Joanna Strączek